Oggetto dell'appalto: **PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 40 DEL D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN APPALTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS.50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE SU CAMPIONI DI ACQUE POTABILI DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI ACQUE REFLUE E DI RIFIUTI DERIVANTI DAL CICLO IDRICO INTEGRATO – CIG: 912208028E**

QUESITO n.14

In riferimento ai metodi di prova indicati per i fanghi (**Allegato 1A**), si rappresenta che il nostro laboratorio è accreditato secondo i metodi *EPA 1613B:1994 (Diossine alta risoluzione) ed EPA 1668C:2010 (PCB alta risoluzione*) per le matrici "*Rifiuti e suoli*" "*Waste and soil*".
Si può indicare METODO ACCREDITATO **"SI"** nella colonna E, per analogia della matrice fanghi con quella dei rifiuti e dei suoli?
?

RISPOSTA

Non avendo assegnazione di destinazione d'uso sulla matrice fanghi, questi possono essere analizzati secondo profili analitici analoghi a quelli dei rifiuti con codice CER 190805. Si ritiene, pertanto, possibile indicare Si nella colonna E per analogia con le matrici per le quali i metodi di prova del laboratorio sono accreditati.

Novi Ligure, 15/04/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing.Monica Minetti